



## 刷手区更换一体式医用感应刷手池

工作内容:

- 1、原区域内旧不锈钢水槽拆除、清运、给水管、排水拆除，
- 2、新医用感应刷手池安装；
- 3、水管、电气改造，热水器同时使用最大功率18.5KW，
- 4、SUS304不锈钢制，槽身以人体工程学设计，静音防溅，圆弧结构，鹅颈型水龙头，保证清洁，流量500L，采用0.1um超膜，可将至毒病菌全部滤掉，同时采用双柱超滤组件，具备反冲技术

图号		图名		比例	
审	核	设计	审核	日期	
单	位	项目	名称	工程	名称
位	位	设计	审核	内	容